

Субъектам обращения медицинских  
изделий Нижегородской области

ГАУЗ «Нижегородский областной  
центр по контролю качества и  
сертификации лекарственных средств»

Геологов ул., д.6,  
г. Нижний Новгород, 603141

Медицинским организациям  
Нижегородской области

Министерство здравоохранения  
Нижегородской области

Нестерова ул., д.7,  
г. Нижний Новгород, 603005

09.01.2018 №И52-10/18

О предоставлении информации

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области (далее – Территориальный орган), в соответствии с Положением о Территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области, утвержденным Приказом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 06.06.2013 г. №2277-Пр/13, сообщает о выявлении незарегистрированных медицинских изделий, указанных в письмах Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (далее – Росздравнадзор) за период с 01.12.2017 по 31.12.2017.

Территориальный орган предлагает субъектам обращения медицинских изделий провести проверку наличия в обращении указанных медицинских изделий, в установленном порядке провести мероприятия по предотвращению обращения на территории Нижегородской области незарегистрированных медицинских изделий.

О результатах следует проинформировать Территориальный орган по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д.32, оф.213 (тел/факс: (831)411-84-24; e-mail: [zdravnadzornnov@yandex.ru](mailto:zdravnadzornnov@yandex.ru)).

Одновременно сообщаем, что все информационные письма Росздравнадзора по контролю за обращением медицинских изделий размещаются на официальном сайте Росздравнадзора в электронном сервисе «Информационные письма о медицинских изделиях» (<http://www.roszdravnadzor.ru/services/unreg>).

К сведению сообщаем, что в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», на территории Российской Федерации разрешается обращение медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Обращаем внимание, что за нарушения в сфере обращения медицинских изделий предусмотрена административная ответственность согласно статьям 6.28 и 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также установлена уголовная ответственность за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий согласно статье 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя  
- начальник отдела

Ю.Ф. Плотников



№ инф. письма	Дата письма	Наименование медицинского изделия	Номер РУ	Дата РУ	Производитель	Тема письма
01И-2987/17	01.12.2017	Перчатки медицинские стерильные и нестерильные, опудренные и неопудренные	ФСЗ 2011/10864	26.10.2011	"Жентианг Сухуи Латекс Продактс Ко., Лтд."	Возобновление применения МИ
01И-3008/17	04.12.2017	Перчатки медицинские латексные, нитриловые и виниловые, стерильные и нестерильные, опудренные и неопудренные	ФСЗ 2009/05620	31.12.2009	"ТЖ Медикал Сдн. Бхд.", Малайзия, TG Medical Sdn.Bhd.	Отмена информационного письма Росздравнадзора
01И-3009/17	04.12.2017	Имплантаты ортопедические для эндопротезирования тазобедренного сустава	РЗН 2013/48	26.07.2013	"Смит энд Нефью Инк."	Отзыв производителем
01И-3010/17	04.12.2017	Нити хирургические стерильные, синтетические, рассасывающиеся, с атравматическими иглами и без игл	ФСЗ 2010/06042	05.06.2013	"ЭТИКОН, Эл-Эл-Си", Пуэрто-Рико, ETHICON, LLC	Отзыв производителем
01И-3011/17	04.12.2017	Анестезиологические системы Carestation 620/650/650с А1 с принадлежностями	РЗН 2017/5617	17.05.2017	"Дэтекс-Охмеда, Инк."	О безопасности медицинского изделия
01И-3012/17	04.12.2017	"Инфракрасная лампа Infracolor lampre IL 20 BEURER"			«Beurer GmbH & Co.»	Незарегистрированное МИ
01И-3013/17	04.12.2017	"Фиксатор предплечья F-220"			ООО "КРЕЙТ"	Незарегистрированное МИ
01И-3014/17	04.12.2017	Универсальный дыхательный тренажер Букина ТУИ				Незарегистрированное МИ
01И-3015/17	04.12.2017	Салфетки медицинские из нетканого материала стерильные. ТУ 9393-002-55365591-2011, 16x14 см, однослойные			ООО «БалЭнергоМаш»	Незарегистрированное МИ
01И-3016/17	04.12.2017	«Электромассажный прибор TIENS-LIFE «Тяньши», модель IDOC-01»			«Компания Биоинженерии «Тяньши» ЛТД.»	Незарегистрированное МИ
01И-3016/17	04.12.2017	«Массажер S-780 СЦЭК - стимулятор циркуляции энергии и крови»			«Компания Биоинженерии «Тяньши» ЛТД.»	Незарегистрированное МИ
01И-3017/17	04.12.2017	Инструменты хирургические режущие стерильные в наборах и отдельных упаковках, с принадлежностями	ФСЗ 2011/10590	21.09.2011	"Хуаюн Медикал Инструментс Ко., Лтд."	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-3035/17	06.12.2017	Цемент цинкосульфатный кальцийсодержащий для временного пломбирования зубов "Дентин-порошок" по ТУ 9391-063-45814830-2001	ФСР 2010/08614	02.10.2017	АО "ОЭЗ "ВладМиВа"	Приостановление применения МИ
01И-3044/17	07.12.2017	«Презервативы МАСКУЛАН (Masculan) classic TYPE 3»			«М.П.И. Фармацойтика ГмбХ»	Незарегистрированное МИ
01И-3045/17	07.12.2017	«Салфетки нетканые одноразовые Euroday TU 9398-002-87401986-2009», размер 45x45 см			ООО «МедКомплект»	Незарегистрированное МИ
01И-3046/17	07.12.2017	Отрезы марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-012-14959781-2015	ФСР 2007/01318	24.10.2016	ООО "ЭВТЕКС"	Отзыв производителем
01И-3047/17	07.12.2017	Стенты периферические саморасширяющиеся	РЗН 2013/648	10.02.2017	"Бостон Сайентифик Корпорейшн"	Отзыв производителем



01И-3048/17	07.12.2017	Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных комплектах или отдельных упаковках	ФСЗ 2011/10353	14.08.2017	"Сони Корпорэйшн"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-3050/17	07.12.2017	Обтураторы эндодонтические гуттаперчевые ГуттаКор (GuttaCore) на носителе из поперечно-сшитой гуттаперчи	РЗН 2015/3414	15.12.2015	"ДЕНТСПЛАЙ Талса Дентал Спешалтис"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-3051/17	07.12.2017	Шприцы одноразовые стерильные АРЕХMED объёмом: 1; 2,5; 5; 10; 20; 30; 50 мл	ФСЗ 2008/02859	19.11.2008	"Алексмед Интернэшнл Б.В.", Нидерланды, "Цзянсу Канцзинь Медикал Инструмент Ко., Лтд.", Китай	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-3052/17	07.12.2017	Контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б, В одноразовые МП, 01, МП-02 по ТУ 9398-002-84354588-2009	ФСР 2009/06509	24.08.2016	ООО "МедПак"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-3053/17	07.12.2017	Инструменты режущие Feather с принадлежностями	ФСЗ 2012/12980	11.10.2012	"Фезер Сэйфти Рэйзор Ко., ЛТД."	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-3054/17	07.12.2017	Пояски пластырного типа, стерильные в 3-х исполнениях по ТУ 9393-005-52707619-2006	РЗН 2014/1574	15.10.2014	ООО "ЭВТЕКС"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-3056/17	07.12.2017	Стилет для канюль «ВАЗОФИКС» (Stylet Vasofix)	ФСЗ 2007/00304	17.09.2007	"Б. Браун Мельзунген АГ", Германия, "Б. Браун Медикал Индастриз Сдн.Бхд."	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-3057/17	07.12.2017	Комплект одежды хирурга и белья операционного из нетканого материала «СПАНБОНД» одноразовый, стерильный КБО-«Камелот» по ТУ 9398-003-58641599-2004	ФСР 2008/03231	03.04.2017	ООО "Медицинская компания "Камелот"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-3061/17	08.12.2017	Внутривенные канюли с инфузионным портом «Вазофикс» (Vasofix)	ФСЗ 2010/06280	19.02.2010	"Б. Браун Мельзунген АГ"	Отзыв производителем
01И-3062/17	08.12.2017	«Перчатки хирургические латексные опудренные нестерильные «Safe & Sage»			«TO MEDICAL Sdn. Bhd.», Malaysia	Незарегистрированное МИ
01И-3063/17	08.12.2017	Пилетки офтальмологические однократного применения полимерные (стерильные) по ТУ 9398-001-33018669-2009	ФСР 2009/06512	28.12.2009	ООО "Гамета-Агро"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-3064/17	08.12.2017	Одежда одноразовая медицинская по ТУ 9398-001-65578626-2010 в следующих исполнениях	ФСР 2010/09673	23.12.2010	ООО "КИТ"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-3068/17	08.12.2017	Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный для само- и взаимопомощи по ТУ 9398-026-42965160-2004	ФСР 2009/06312	14.12.2009	ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО»	Приостановление применения МИ
01И-3069/17	08.12.2017	Инструменты одноразовые для оториноларингологии	ФСЗ 2012/11836	29.03.2012	"Цзянсу Яда Технолджи Групп Ко., Лтд.", Китай, Jiangsu Yada Technology Group Co., Ltd.	Приостановление применения МИ
01И-3070/17	08.12.2017	Изделия медицинские вспомогательные для отбора биологических проб и лабораторных исследований	РЗН 2013/401	01.03.2017	"Нингбо Хай-Тек Юникмед Импорт энд Экспорт Ко., ЛТД."	Приостановление применения МИ



01И-3071/17	08.12.2017	Комплексы компьютерные многофункциональные для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ по ТУ 9441-014-13218158-2006 в следующих исполнениях	ФСР 2009/04073	28.01.2009	ООО "Нейрософт"	Отзыв производителем
01И-3072/17	08.12.2017	«Пакет охлаждающе-согревающий «Декор»			ООО «Медтехника», г. Санкт-Петербург	Незарегистрированное МИ
01И-3073/17	08.12.2017	Иглы акупунктурные стальные однократного применения стерильные «Редокс» по ТУ 9398-009-25690810-99			ОАО «Нижегородское предприятие «Редокс»	Незарегистрированное МИ
01И-3074/17	08.12.2017	Фрезы зуботехнические твердосплавные «Кристалл» для прямого наконечника, ТУ 9433-002-65507431-2016			ООО «Альянс»	Незарегистрированное МИ
01И-3077/17	12.12.2017	Бинт медицинский из нетканого материала с неосыпающимися краями стерильный и нестерильный по ТУ 9393-001-55365591-2011	ФСР 2011/12594	15.06.2016	ООО "БалЭнергоМаш"	Отзыв производителем
01И-3078/17	12.12.2017	Пакеты перевязочные медицинские, стерильные по ГОСТ 1179-93	ФСР 2010/09827	30.12.2010	ООО "ПКФ ВераМед"	Отзыв производителем
01И-3079/17	12.12.2017	Аппарат многофункциональный физиорефлексотерапевтический РЕФТОН-01 по ТУ РБ 101084959.001-2003»			ООО «АЗГАР»	Незарегистрированное МИ
01И-3080/17	12.12.2017	«Аппарат массажный вакуумный «Очки профессора Е.И. Сидоренко» АМВО-01»			ООО «Лазер-медцентр»	Незарегистрированное МИ
01И-3081/17	12.12.2017	Катетер газоотводный одноразового применения № 24			ЗАО «ВИТАЛ»	Незарегистрированное МИ
01И-3098/17	14.12.2017	Материал шовный хирургический с иглами атравматическими и без игл	ФСЗ 2010/08364	18.07.2017	"Ресорба Медикал ГмбХ"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-3099/17	14.12.2017	Салфетка для стимуляции дыхания «ЭВТЕКС» по ТУ 9393-006-14959781-2012	РЗН 2013/847	23.10.2014	ООО "ЭВТЕКС"	Отзыв производителем
01И-3100/17	14.12.2017	Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93	ФСР 2010/08984	07.10.2010	ООО "ЕМЕЛЯНЬ САВОСТИНЬ. ВАТНАЯ ФАБРИКА"	Отзыв производителем
01И-3101/17	14.12.2017	Вата медицинская гигроскопическая глазная хлопковая нестерильная "Амелия" по ГОСТ 5556-81	ФСР 2011/09954	26.01.2011	ЗАО "Гигровата-Санкт-Петербург"	Отзыв производителем
01И-3104/17	14.12.2017	Перчатки медицинские смотровые BEROGLOVE	ФСЗ 2008/01670	04.05.2008	"Беромед ГмбХ Хоспитал Продактс", Германия	Отзыв производителем
01И-3105/17	14.12.2017	Медицинские инструменты и приспособления для кифлопастики и вертебропластики в наборах и отдельных упаковках	ФСЗ 2012/12853	14.12.2012	"Цунами С.р.л."	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-3106/17	14.12.2017	Цементная ацетабулярная чаша DIAMONDТМ Spec: 44#(Ø44/Ø28); Винт для ацетабулярной чаши DIAMONDТМ Spec: Ø6.5x30mm			«Тяньцзинь Чженъянь Медикал Инструмент Ко., Лтд.»	Незарегистрированное МИ

01И-3107/17	14.12.2017	Набор стоматологический для полирования и препарирования зубов методом абразивной струи "ФЛОУ-КЛИН3" по ТУ 9391-011-67200978-2011	ФСР 2012/13178	29.09.2016	ООО "ТехноДент"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-3110/17	14.12.2017	"Бумага артикуляционная для окклюзионных контактов Articulating paper"	ФСЗ 2008/02785	20.11.2008	"КРОССТЕКС Интернейшнл, Инк.", США	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-3111/17	14.12.2017	Материал шовный хирургический с иглами атравматическими и без игл	ФСЗ 2010/08364	18.07.2017	"Ресорба Медикал ГмбХ"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-3112/17	14.12.2017	Инструменты одноразовые для оториноларингологии	ФСЗ 2012/11836	29.03.2012	"Цзянсу Яда Технолоджи Групп Ко., Лтд.", Китай, Jiangsu Yada Technology Group Co., Ltd.	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-3113/17	14.12.2017	"№3, Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный, ГОСТ Р 5129-98"	РЗН 2013/1077	22.08.2013	ООО "УПС", Россия	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-3114/17	14.12.2017	Катетеры и канюли для вспомогательных репродуктивных технологий	ФСЗ 2010/08736	29.12.2010	Дженетикс Медикал Продактс Н.В.	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-3115/17	14.12.2017	Ланцеты одноразовые Qlance	ФСЗ 2012/13043	31.10.2017	"Сучжоу Чжэнь У Медикал Ко.,Лтд."	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-3129/17	15.12.2017	Система инфузионная стерильная для однократного применения с иглами	ФСЗ 2011/09586	14.04.2011	"Бейджинг Форнёрс Медикал Эквипмент Ко., Лтд"	Приостановление применения МИ
01И-3133/17	18.12.2017	Перчатки медицинские	ФСЗ 2011/11297	30.10.2012	"Пауль Хартманн АГ"	Изъятие из обращения МИ
01И-3134/17	18.12.2017	Перчатки медицинские	ФСЗ 2011/11297	30.10.2012	"Пауль Хартманн АГ"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-3142/17	18.12.2017	Кровать медицинская детская КФД-ТС-02			ООО «Техстрой»	Незарегистрированное МИ
01И-3158/17	19.12.2017	Средства перевязочные	ФСЗ 2012/11683	12.03.2012	"Мёлнлике Хелс Кеа АБ"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-3159/17	19.12.2017	Устройства для ирригоскопии и кишечных промываний однократного применения стерильные по ТУ 9398-014-27380060-2011 в двух исполнениях: № 1 и № 2	ФСР 2011/12504	12.12.2011	ООО "МИМ"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-3160/17	19.12.2017	Пробирки медицинские полимерные по ТУ 9464-015-29508133-2014	РЗН 2015/2596	10.09.2015	ООО "МиниМед"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-3161/17	19.12.2017	Эндопротезы-сетки полимерные для восстановительной хирургии «Линтекс», стерильные» по ТУ 9393-005-56257679-2006	ФСР 2008/02207	09.04.2015	ООО "Линтекс"	Недоброкачественное медицинское изделие



01И-3175/17	20.12.2017	Перчатки медицинские стерильные и нестерильные по ТУ 9398-001-53733748-2008	ФСР 2008/03090	30.07.2008	ООО "Ардейл-Импэкс"	Отзыв производителем
01И-3176/17	20.12.2017	Перчатки медицинские стерильные и нестерильные по ТУ 9398-001-53733748-2008	ФСР 2008/03090	30.07.2008	ООО "Ардейл-Импэкс"	Отзыв производителем
01И-3177/17	20.12.2017	Платформа модульная для биохимического и иммунохимического анализа «Кобас 6000» (Cobas 6000) в различных конфигурациях, с принадлежностями	РЗН 2015/3050	04.09.2015	"Рош Диагностикс ГмбХ"	О безопасности медицинского изделия
01И-3177/17	20.12.2017	Платформа модульная для биохимического и иммунохимического анализа "кобас 8000" (cobas 8000) в различных конфигурациях, с принадлежностями	ФСЗ 2012/12764	19.09.2016	"Рош Диагностикс ГмбХ"	О безопасности медицинского изделия
01И-3178/17	20.12.2017	Гель-имплантат инъекционный «Overage» вязкоупругий стерильный на основе гиалуроновой кислоты в шприцах с иглами	РЗН 2015/2885	22.11.2017	"Мезотех С.р.л."	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-3179/17	20.12.2017	Гель-имплантат инъекционный «Overage» вязкоупругий стерильный на основе гиалуроновой кислоты в шприцах с иглами	РЗН 2015/2885	22.11.2017	"Мезотех С.р.л."	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-3180/17	20.12.2017	«Комплект белья хирургического (для роженицы)»			АО «ЗДРАВМЕДТЕХ-Е»	Незарегистрированное МИ
01И-3181/17	20.12.2017	«Перчатки хирургические BioClean Ultimate синтетические стерильные одноразовые неопудренные с полимерным внутренним покрытием с полигексанидом»			«Нитритекс (М) Сдн. Бхд.»	Незарегистрированное МИ
01И-3215/17	22.12.2017	Катетеры одноразовые для аспирации дыхательных путей для реанимации	ФСЗ 2012/13230	10.02.2017	"КонваТек Лимитед"	Изъятие из обращения МИ
01И-3221/17	22.12.2017	Инструмент для экстравааскулярного закрытия сосудистого доступа StarClose SE Vascular Closure System	ФСЗ 2009/03766	11.08.2015	"Эбботт Васкулар"	Отзыв производителем
01И-3222/17	22.12.2017	Шприцы одноразовые стерильные объемом 1 см3 (мл), 2 см3 (мл), 3 см3 (мл), 5 см3 (мл), 10 см3 (мл), 20 см3 (мл), 30 см3 (мл), 50 см3 (мл), 60 см3 (мл), 100 см3 (мл), 150 см3 (мл) с иглами и без	ФСЗ 2009/03552	28.01.2009	"Тяньжинь Медик Медикал Эквипмент Ко., Лтд.", Китай	Отзыв производителем
01И-3223/17	22.12.2017	Материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся синтетический и натуральный, с иглами и без игл	ФСЗ 2012/12470	24.07.2012	"Хуаюин Медикал Инструментс Ко., Лтд."	Отзыв производителем
01И-3224/17	22.12.2017	Перчатки смотровые (диагностические) одноразовые, нитриловые, неопудренные, нестерильные, текстурированные, типоразмеров: XS, S, M, L, XL	РЗН 2015/3166	13.10.2015	"Смарт Глов Корпорэйшн Сдн. Бхд."	Отзыв производителем

01И-3225/17	25.12.2017	Наборы реагентов, калибраторов и расходные материалы для анализаторов иммунологических ELECSYS 1010, ELECSYS 2010 (Rack/Disk), cobas e 411 и платформ модульных Modular Analytics-XYZ GS, Cobas 6000	ФСЗ 2007/00151	09.02.2016	"Рош Диагностикс ГмбХ"	О безопасности медицинского изделия
01И-3225/17	25.12.2017	Наборы реагентов и калибраторов для анализаторов иммунохимических Elecsys 2010 (Rack/Disk), Cobas e 411 (Rack/Disk) и платформ модульных Cobas 6000, cobas 8000, Modular Analytics	РЗН 2013/91	22.03.2013	"Рош Диагностикс ГмбХ"	О безопасности медицинского изделия
01И-3226/17	25.12.2017	Бинты медицинские эластичные модели ELAST	ФСЗ 2008/02390	15.03.2017	ООО "ТОНУС ЭЛАСТ"	Отзыв производителем
01И-3227/17	25.12.2017	Перчатки медицинские нестерильные и стерильные	ФСЗ 2010/07368	05.07.2010	"СФМ Госпитал Продактс ГмбХ"	Отзыв производителем
01И-3228/17	25.12.2017	«Сафил нить поли(гликолид-DL-лактид) полигликолакт 9/1 рассасывающаяся плетеная с покрытием фиолетовая ТУ 9393-005-52318770-2007»			ООО «Медин-Н»	Незарегистрированное МИ
01И-3229/17	25.12.2017	Устройства для дренирования ран, в наборах и отдельных упаковках, с принадлежностями	ФСЗ 2012/11755	27.03.2012	"пфм медикал мепро гмбХ"	Незарегистрированное МИ
01И-3230/17	25.12.2017	Пластырь фиксирующий медицинский нестерильный 2,0 x 500 см на тканевой основе			Чанчжоу Байдэлинь Хэлф Материал Ко., Лтд.	Незарегистрированное МИ
01И-3231/17	25.12.2017	Вата медицинская гигроскопическая гигиеническая нестерильная ГОСТ 5556-81			ООО «УПС»	Незарегистрированное МИ
01И-3233/17	25.12.2017	Перчатки одноразовые медицинские смотровые нестерильные Basic нитриловые неопудренные, размеры: S, M, L, XL	ФСЗ 2011/11418	30.12.2011	"Бейсик Интернэшнл Инк."	Изъятие из обращения МИ
01И-3234/17	25.12.2017	Трубки медицинские в отдельных упаковках или в наборах	ФСЗ 2011/09878	12.02.2016	"Ковидиен Лпс"	Приостановление применения МИ
01И-3235/17	25.12.2017	Перчатки смотровые (диагностические) одноразовые нитриловые, неопудренные, нестерильные, текстурированные	РЗН 2015/3403	07.12.2015	"Латекс Маньюфактуринг Сдн. Бхд."	Изъятие из обращения МИ
01И-3237/17	25.12.2017	Емкости-контейнеры для сбора биоматериалов для лабораторных исследований и сбора острого инструментария и органических отходов многообразные и одноразовые классов А, Б, В, Г - "Медфарм" по ТУ 9398-001-27698081-2008	ФСР 2010/07781	07.04.2017	ООО "ПКФ "МЕДФАРМ"	Приостановление применения МИ



01И-3238/17	25.12.2017	Наборы реагентов и расходные материалы для исследования гемостаза на четырехканальном тромбозластометре ROTEM	ФСЗ 2010/08284	19.11.2010	"Тем Инновейшнс ГмБХ"	Недоброракачественное медицинское изделие
01И-3239/17	25.12.2017	Катетеры и наборы для катетеризации для урологии	ФСЗ 2009/05796	21.02.2017	ООО "Балтон Сп. з о.о."	Недоброракачественное медицинское изделие
01И-3240/17	25.12.2017	Катетеры эпидуральные «Перификс» (Perifix Catheters)	ФСЗ 2011/09412	28.04.2011	"Б.Браун Мельзунген АГ"	Недоброракачественное медицинское изделие
01И-3241/17	25.12.2017	Материалы для упаковки, герметизации, контроля стерилизации медицинских изделий, транспортировки и хранения простерилизованных изделий в пакетах, рулонах, листах и лентах из этих материалов по ТУ 9398-011-53262326-2010	ФСР 2010/08882	06.09.2017	АО "Медтест"	Недоброракачественное медицинское изделие
01И-3242/17	25.12.2017	Реагенты in vitro диагностические и расходные материалы для анализаторов серии AU	ФСЗ 2010/06651	17.07.2012	"Бекмен Культер, Инк."	Недоброракачественное медицинское изделие
01И-3243/17	25.12.2017	Реагенты in vitro диагностические и расходные материалы для анализаторов серии AU	ФСЗ 2010/06651	17.07.2012	"Бекмен Культер, Инк."	Недоброракачественное медицинское изделие
01И-3244/17	25.12.2017	Реагенты in vitro диагностические и расходные материалы для анализаторов серии AU	ФСЗ 2010/06651	17.07.2012	"Бекмен Культер, Инк."	Недоброракачественное медицинское изделие
01И-3246/17	26.12.2017	Катетеры урологические однократного применения Нелатона, Фолея	ФСЗ 2008/01278	21.02.2017	"Алба Хелскеа ЛПС"	Приостановление применения МИ
01И-3260/17	26.12.2017	Уропрезервативы Solveen® одно- и двухкомпонентные, латексные и безлатексные	ФСЗ 2009/04470	17.04.2014	"Колопласт А/С"	Приостановление применения МИ
01И-3261/17	26.12.2017	Презервативы гладкие, текстурированные, ребристые, контурные, ароматизированные и неароматизированные	ФСЗ 2012/11516	03.02.2012	"Донгтай БиоМед Индастриал Ко. Лтд."	Приостановление применения МИ
01И-3265/17	26.12.2017	Наборы реагентов и расходные материалы для исследования гемостаза на четырехканальном тромбозластометре ROTEM	ФСЗ 2010/08284	19.11.2010	"Тем Инновейшнс ГмБХ"	Недоброракачественное медицинское изделие
01И-3271/17	27.12.2017	Бинты марлевые медицинские стерильные (16-ти типоразмеров) и нестерильные (33-х типоразмеров) по ТУ 9393-001-32947348-2010	ФСР 2011/10227	10.03.2011	ООО "Ткацкая фабрика 2"	Приостановление применения МИ
01И-3287/17	29.12.2017	Перчатки медицинские диагностические Пеха-софт нитрил белые / Peha-soft nitrile white нестерильные, размеры XS; S; M; L; XL; XXL	ФСЗ 2012/12675	20.08.2012	"Пауль Хартманн АГ"	Отзыв производителем
01И-3290/17	29.12.2017	Нити хирургические в отрезках НХ- "Медин-Н" однократного применения, стерильные по ТУ 9398-007-52318770-2004 следующих видов	ФСР 2010/07330	05.04.2010	ООО "Медин-Н"	Отзыв производителем

01И-3291/17	29.12.2017	Иглы трубчатые S-Monovette® и Multify® и переходники к ним	РЗН 2015/2881	15.07.2015	"Сарштедт АГ & Ко."	Отмена информационного письма Росздравнадзора
01И-3298/17	29.12.2017	Изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и искусственной вентиляции легких в наборах и отдельных упаковках	ФСЗ 2011/09111	25.02.2011	"Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд", Новая Зеландия, Fisher & Paykel Healthcare Ltd.	Незарегистрированное МИ