



Федеральная служба  
по надзору в сфере здравоохранения  
(Росздравнадзор)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Варварская ул., д. 32, г. Нижний Новгород,  
Бокс-222, 603950  
тел./факс (831) 419-92-04, 411-84-24  
e-mail: [zdravnadzornov@yandex.ru](mailto:zdravnadzornov@yandex.ru)

ОКПО 75676092 ОГРН 1045207491251  
ИНН/КПП 5260143320/526001001

05.04.2018 № 1152-874/18

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О предоставлении информации

Министерство здравоохранения  
Нижегородской области

20 АПР 2018

ВХ. 6482/18-0

Субъектам обращения медицинских  
изделий Нижегородской области

ГАУЗ «Нижегородский областной  
центр по контролю качества и  
сертификации лекарственных средств»

Геологов ул., д.6,  
г. Нижний Новгород, 603141

Медицинским организациям  
Нижегородской области

✓ Министерство здравоохранения  
Нижегородской области

Нестерова ул., д.7,  
г. Нижний Новгород, 603005

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области (далее – Территориальный орган), в соответствии с Положением о Территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области, утвержденным Приказом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 06.06.2013 г. №2277-Пр/13, сообщает о выявлении незарегистрированных медицинских изделий, указанных в письмах Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (далее – Росздравнадзор) за период с 01.03.2018 по 31.03.2018.

Территориальный орган предлагает субъектам обращения медицинских изделий провести проверку наличия в обращении указанных медицинских изделий, в установленном порядке провести мероприятия по предотвращению обращения на территории Нижегородской области незарегистрированных медицинских изделий.

О результатах следует проинформировать Территориальный орган по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д.32, оф.213 (тел/факс: (831)411-84-24; e-mail: [zdravnadzornov@yandex.ru](mailto:zdravnadzornov@yandex.ru)).

002768

Одновременно сообщаем, что все информационные письма Росздравнадзора по контролю за обращением медицинских изделий размещаются на официальном сайте Росздравнадзора в электронном сервисе «Информационные письма о медицинских изделиях» (<http://www.roszdravnadzor.ru/services/unreg>).

К сведению сообщаем, что в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», на территории Российской Федерации разрешается обращение медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Обращаем внимание, что за нарушения в сфере обращения медицинских изделий предусмотрена административная ответственность согласно статьям 6.28 и 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также установлена уголовная ответственность за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий согласно статье 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя  
- начальник отдела



Ю.Ф. Плотников

№ инф. письма	Дата письма	Наименование медицинского изделия	Номер РУ	Дата РУ	Производитель	Тема письма
01И-504/18	01.03.2018	Изделия медицинские полимерные для анестезиологии и реаниматологии	ФСЗ 2011/10317	08.09.2011	"ГЮЭм Гезеллшафт фюр Хаумкейр унд Медичинтехник мБХ"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-505/18	01.03.2018	Изделия для взятия проб крови, с принадлежностями	ФСЗ 2010/06624	24.03.2017	"Гуанчжоу Импрув Медикал Инструментс Ко., Лтд."	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-506/18	01.03.2018	Маски медицинские одноразовые	ФСЗ 2008/02100	03.07.2008	"Вухан Лифарма Камикалз Ко., Лтд."	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-507/18	01.03.2018	Изделия медицинские одноразовые для первичной обработки новорожденных	ФСЗ 2011/10589	16.09.2011	"Цзянсу Яда Технолоджи Групп Ко., Лтд.", Китай, Jiangsu Yada Technology Group Co., Ltd.	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-508/18	01.03.2018	Повязка стерильная матрас: Fixoroge S из нетканого материала с впитывающей прокладкой	ФСЗ 2008/01691	05.09.2017	"ТЗМО С.А."	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-509/18	01.03.2018	Материал шовный хирургический стерильный рассасывающийся синтетический и натуральный, с иглами и без игл	ФСЗ 2012/12018	05.06.2012	"Хуаюин Медикал Инструментс Ко., Лтд."	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-510/18	01.03.2018	Повязки пластмассового типа, стерильные в 3-х исполнениях по ТУ 9393-005-52707619-2006	РЗН 2014/1574	15.10.2014	ООО "ЭВТЕКС"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-513/18	01.03.2018	Хирургическая маска оранжевого цвета, предохраняющая очки от запотевания, с покрытием So Soft* и обрачивающимся вокруг лица небликующим щитком			Кимберли-Кларк Корпорейшн	Незарегистрированное МИ
01И-514/18	01.03.2018	Гамма-камера интегрированная Millennium с принадлежностями без источников радиоизлучений в составе	МЗ РФ № 2003/333	17.03.2003	ELGEMS Ltd.	О безопасности медицинского изделия
01И-515/18	01.03.2018	Покрывало раневое на основе коллаген-хитозанового комплекса «Коллахит», стерильное по ТУ 9393-001-90390884-2011	ФСР 2012/13282	28.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская компания "Коллахит"	Отзыв производителем
01И-516/18	01.03.2018	Устройства для внутрисосудистых манипуляций и ангиопластики	РЗН 2015/2925	10.05.2017	"Эбботт Васкуляр"	Отзыв производителем
01И-524/18	01.03.2018	Стенты коронарные баллонрасширяемые "СИНУС" на системе доставки по ТУ 9444-002-83540797-2016	ФСР 2009/05402	26.10.2017	ООО "Ангиолайн"	Возобновление применения МИ
01И-547/18	02.03.2018	Зонды медицинские: аспирационные, желудочные, питательные	ФСЗ 2011/10795	14.10.2011	"Хайянь Канджин Медикал Инструмент Ко., Лтд."	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-548/18	05.03.2018	Презервативы марки Duet	ФСЗ 2012/11854	04.04.2012	АЛМАСА МЕДИКАЛ КОМПАНИ ЛТД.	Приостановление применения МИ

01И-549/18	05.03.2018	Аппарат для низкочастотной магнитотерапии передвижной «Полюс-2М», ТУ 9444-009-46655261-2007				ЗАО «Завод ЭМА»	Незарегистрированное МИ
01И-550/18	05.03.2018	Инфузионный шприцевой насос ВУЗ-810				Changsha Beyond Medical Devices Co., Ltd.	Незарегистрированное МИ
01И-551/18	05.03.2018	Термометр медицинский максимальный стеклянный «ИМПЭКС-МЕД»	ФСЗ 2011/10572	21.09.2011		"Вукси Медикал Инструмент Фактори"	Отзыв производителем
01И-552/18	05.03.2018	Иглы асептические однократного применения стерильные ИАКПл «ВОЛОТЬ» с нитями хирургическими по ТУ 9432-002-24648800-2010	ФСР 2010/07849	09.11.2017		ООО "Волоть"	Отзыв производителем
01И-553/18	05.03.2018	Инструменты для оториноларингологии MR одноразовые, стерильные в наборах и отдельных упаковках	РЗН 2015/2298	24.03.2017		"Нинбо Хай-Тек Юникмед Импорт энд Экспорт Ко., ЛТД."	Отзыв производителем
01И-554/18	05.03.2018	Салфетки медицинские проспиртованные, размеры: 30 x 65 мм; 56 x 65 мм; 100 x 60 мм	ФСЗ 2012/12455	29.06.2012		"Далиан Ронганг Медикал Хелси Девайсез Ко., ЛТД."	Отзыв производителем
01И-555/18	05.03.2018	Система ультразвуковая диагностическая медицинская LOGIQ 500 в составе	МЗ РФ № 2002/180	27.03.2002		GE Yokogawa Medical Systems, Ltd	О безопасности медицинского изделия
01И-555/18	05.03.2018	Система ультразвуковая диагностическая медицинская LOGIQ 7 в составе	МЗ РФ № 2002/172	25.03.2002		"GE Yokogawa Medical Systems, Ltd"	О безопасности медицинского изделия
01И-555/18	05.03.2018	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq e с принадлежностями	ФСЗ 2007/00322	14.12.2012		"Джий Медикал Системз (Китай) Ко., ЛТД."	О безопасности медицинского изделия
01И-555/18	05.03.2018	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq E9 с принадлежностями	ФСЗ 2009/04522	08.07.2016		"Джий Медикал Системз Ультрасаунд энд Праймери Кеа Диагностика, ЛПС"	О безопасности медицинского изделия
01И-555/18	05.03.2018	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq P6 с принадлежностями	ФСЗ 2008/02870	11.07.2014		"Джий Ультрасаунд Корея, ЛТД."	О безопасности медицинского изделия
01И-555/18	05.03.2018	Система ультразвуковая диагностическая медицинская LOGIQ P6 по ТУ 9442-004-11338860-2012	ФСР 2012/13926	27.11.2012		ЗАО Закрытое акционерное общество "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛТД" (ЗАО "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛТД")	О безопасности медицинского изделия
01И-555/18	05.03.2018	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq S8 с принадлежностями	ФСЗ 2011/11249	01.03.2017		"Джий Ультрасаунд Корея, ЛТД."	О безопасности медицинского изделия
01И-555/18	05.03.2018	Система ультразвуковая диагностическая медицинская VIVID 3 в комплектации	МЗ РФ № 2003/313	14.03.2003		GE Ultrasound Israel	О безопасности медицинского изделия

01И-555/18	05.03.2018	Аппарат ультразвуковой диагностический медицинский VIVID 4 с принадлежностями	МЗ РФ № 2004/111	04.03.2004	GE Ultrasound Israel Ltd.	О безопасности медицинского изделия
01И-555/18	05.03.2018	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid 7, Vivid 7 Dimension, Vivid 7 Pro с принадлежностями	ФСЗ 2012/12301	25.06.2012	"Джии Вингмед Ультрасаунд АС"	О безопасности медицинского изделия
01И-555/18	05.03.2018	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid e с принадлежностями	ФС № 2006/1635	19.10.2006	GE Medical Systems (China) Co., Ltd.	О безопасности медицинского изделия
01И-555/18	05.03.2018	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid E9 с принадлежностями	ФСЗ 2009/03950	09.11.2012	"Джии Вингмед Ультрасаунд АС"	О безопасности медицинского изделия
01И-555/18	05.03.2018	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid в вариантах исполнения: Vivid E95, Vivid E90, Vivid E80, с принадлежностями	РЗН 2016/3871	19.04.2016	"Джии Вингмед Ультрасаунд АС"	О безопасности медицинского изделия
01И-555/18	05.03.2018	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid i с принадлежностями	ФСЗ 2010/06618	16.05.2013	"Джии Медикал Системз Израиль Лтд."	О безопасности медицинского изделия
01И-555/18	05.03.2018	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid S с принадлежностями	ФСЗ 2010/07163	17.05.2013	"Джии Медикал Системз Израиль Лтд."	О безопасности медицинского изделия
01И-555/18	05.03.2018	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid q с принадлежностями	ФСЗ 2009/04875	16.05.2013	"Джии Медикал Системз Израиль Лтд."	О безопасности медицинского изделия
01И-555/18	05.03.2018	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid S60, S70 с принадлежностями	РЗН 2016/3930	19.10.2017	"Джии Медикал Системз Израиль Лтд."	О безопасности медицинского изделия
01И-555/18	05.03.2018	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid T8 с принадлежностями	РЗН 2016/3746	20.02.2016	"Джии Медикал Системз (Китай) Ко., Лтд."	О безопасности медицинского изделия
01И-555/18	05.03.2018	Система ультразвуковая диагностическая медицинская VIVID 5 в составе	МЗ РФ № 2002/183	27.03.2002	GE Vingmed Ultrasound A/S	О безопасности медицинского изделия
01И-577/18	05.03.2018	Система диагностическая лабораторная «Регистратор Тромбодинамики», ТУ 9443-001-66307734-2011 «Т-2»			ООО «ГемаКор»	Незарегистрированное МИ
01И-578/18	05.03.2018	Изделия медицинские полимерные для анестезиологии и реаниматологии	ФСЗ 2011/10317	08.09.2011	"ГЮЭМ Гезеллшафт фюр Хаумкейр унд Медичинтехник мБХ"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-579/18	05.03.2018	Емкости-контейнеры для медицинских отходов классов А, Б, В, Г "ОЛДАНС" по ТУ 9398-002-55058819-2010	ФСР 2010/09367	27.02.2014	ЗАО "ОЛДАНС"	Недоброкачественное медицинское изделие

01И-580/18	05.03.2018	Иглы медицинские для забора крови	ФСЗ 2011/09571	30.12.2011	Грейнер Био-Уан	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-621/18	15.03.2018	Салфетки марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-006-10715071-2014.	РЗН 2015/2554	18.12.2015	ООО "ХБК Навтекс"	Возобновление применения МИ
01И-622/18	15.03.2018	Стоматологические оттисковые материалы с принадлежностями	ФСЗ 2007/00374	03.04.2008	ZHERMACK S.P.A., Badia Polesine (Ro) Via Novazeschino, 100 Cap 45021, Italy	Приостановление применения МИ
01И-623/18	15.03.2018	Зеркало гинекологическое полимерное двухстворчатое однократного применения стерильное по ТУ 9393-005-27380060-2006	ФСР 2008/03043	21.07.2016	ООО "МИМ"	Приостановление применения МИ
01И-624/18	15.03.2018	Изделия медицинские полимерные для анестезиологии и реаниматологии	ФСЗ 2009/04992	17.02.2017	"Алба Хелскеа ЛПС"	Приостановление применения МИ
01И-625/18	15.03.2018	Системы: инфузионная и трансфузионная	ФСЗ 2011/09652	27.04.2011	ООО "Группа Цзянсийских Медицинских Оборудований Хунда"	Приостановление применения МИ
01И-626/18	15.03.2018	«Соляная лампа торговой марки Дом Велеса»			производитель не указан, изготовлено по заказу ООО «Бутикмани»	Незарегистрированное МИ
01И-627/18	15.03.2018	«Модульный массажный коврик Орто»			ООО «ПластФактор»	Незарегистрированное МИ
01И-628/18	15.03.2018	«Косметологический аппарат Plasma-Liner»				Незарегистрированное МИ
01И-629/18	15.03.2018	Прибор ультразвуковой офтальмологический, модель "Contract V plus"	МЗ РФ № 2003/1138	31.07.2003	QUANTEL MEDICAL	Незарегистрированное МИ
01И-630/18	15.03.2018	«РЕНЕКС НЦП-2» ТУ 9442-008-01416381-2002 Негатоскоп для просмотра двух «Фотокаталитический очиститель/обеззараживатель Аэролайф?, модель С-330Л х»			Информационно-технологический институт	Незарегистрированное МИ
01И-633/18	15.03.2018	Индикатор химический одноразового применения для контроля паровой, воздушной стерилизации ИКПВС-"Медтест" по ТУ 9398-001-53262326-2009	ФСР 2010/06854	26.05.2017	АО "Медтест"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-634/18	15.03.2018	ЭКГ электроды серии Skintact, типов СТ, F, FS, PD, T, TS, W и принадлежности для крепления типа RT, FIX	ФСЗ 2011/09805	25.05.2011	"Леонард Ланг ГмбХ"	Недоброкачественное медицинское изделие

01И-636/18	15.03.2018	Лейкопластырь перцовый перфорированный, размерами 10 x 15 см, 10 x 18 см	ФСЗ 2010/06654	26.04.2010	ООО "АНГЛИЙСКО-УКРАИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-637/18	15.03.2018	Изделия медицинские полимерные - катетеры	ФСЗ 2008/03465	24.12.2008	"Чжэцзянская Интергальная Медицинская Компания ЛТД."	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-638/18	15.03.2018	Ингалятор компрессорный для аэрозольной терапии Vogeal F400 с принадлежностями	ФСЗ 2012/12786	05.09.2012	"Флаем Нуова С.п.А."	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-639/18	15.03.2018	Скарификаторы-копья для прокалывания кожи пальца при взятии капиллярной крови однократного применения стерильные СК-"Аника А" по ТУ 9398-001-58414738-2003, в двух исполнениях: СКЦ-32-"Аника А" и СКЦ-38-"Аника А"; СКБ-32-"Аника А" и СКБ-38-"Аника А"	ФСР 2008/03340	23.09.2008	ООО "Аника А"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-640/18	15.03.2018	Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая стерильная по ГОСТ 5556-81	ФСР 2010/06929	01.03.2010	ООО "ЕМЕЛЬЯНЪ САВОСТИНЪ. ВАТНАЯ ФАБРИКА"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-658/18	16.03.2018	Контейнеры одноразовые, многодозовые для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов МК «МедКом» по ТУ 9398-004-63102960-2012	ФСР 2012/14154	29.01.2018	ООО "НПФ "МедКом"	Изменение письма Росздравнадзора
01И-659/18	16.03.2018	Реагенты и расходные материалы для автоматических биохимических анализаторов моделей "Адвия 1200" (Advia 1200), "Адвия 1650" (Advia 1650), "Адвия 1800" (Advia 1800), "Адвия 2400" (Advia 2400)	ФСЗ 2007/00583	01.08.2008	"Сименс Хэлскеа Диагностика Инк.", США	О безопасности медицинского изделия
01И-660/18	16.03.2018	Система ангиографическая Artis zeego с принадлежностями	РЗН 2016/5091	11.04.2017	"Сименс Хелскза ГмбХ"	О безопасности медицинского изделия
01И-660/18	16.03.2018	Система ангиографическая Artis Zee Biplane с принадлежностями	ФСЗ 2008/03436	18.03.2016	"Сименс Хелскза ГмбХ"	О безопасности медицинского изделия
01И-661/18	16.03.2018	Гематологический анализатор CELL-DYN Ruby для in vitro диагностики с принадлежностями	ФСЗ 2009/04961	06.07.2017	"Корпорация"Эбботт Лэбораториз"	О безопасности медицинского изделия
01И-662/18	16.03.2018	Реагенты и расходные материалы для биохимического автоматического анализатора "Витрос" (Vitros)	ФСЗ 2007/01001	02.10.2017	"Орто-Клиникал Диагностика, Инк."	О безопасности медицинского изделия

01И-663/18	16.03.2018	Анализатор биохимический диагностический Vitros (Витрос) с принадлежностями	ФСЗ 2011/11198	27.04.2017	"Орто-Клиникал Диагностикс, Инк."	О безопасности медицинского изделия
01И-663/18	16.03.2018	Биохимический автоматический анализатор "Витрос" (Vitros) с принадлежностями	ФСЗ 2007/00724	27.04.2017	"Орто-Клиникал Диагностикс, Инк."	О безопасности медицинского изделия
01И-663/18	16.03.2018	Анализатор диагностический модульный Vitros 5600 для проведения биохимических и иммунохимических исследований с принадлежностями	ФСЗ 2010/08318	05.02.2018	"Орто-Клиникал Диагностикс, Инк."	О безопасности медицинского изделия
01И-664/18	16.03.2018	Иглы атравматические однократного применения стерильные ИАКПл «ВОЛОТЬ» с нитями хирургическими по ТУ 9432-002-24648800-2010	ФСР 2010/07849	09.11.2017	ООО "Волоть"	Отзыв производителем
01И-665/18	16.03.2018	Иглы атравматические однократного применения стерильные ИАКПл «ВОЛОТЬ» с нитями хирургическими по ТУ 9432-002-24648800-2010	ФСР 2010/07849	09.11.2017	ООО "Волоть"	Отзыв производителем
01И-666/18	16.03.2018	Комплект одежды хирургической одноразовой, стерильный из нетканого полотна по ТУ 9398-003-27221798-2005 в составе: халат хирургический, тип Б - 1 шт., шапочка - 1 шт., маска хирургическая - 1 шт., бахилы - 1 пара.	ФСР 2010/08504	29.07.2010	ООО ТПМП "Ларикс-Плюс"	Отзыв производителем
01И-667/18	16.03.2018	Материал шовный хирургический стерильный рассасывающийся в наборах и отдельных упаковках	ФСЗ 2010/06563	05.09.2016	"Б.Браун Сурджикал С.А."	Отзыв производителем
01И-668/18	16.03.2018	Системы для инфузии «Интрафикс» (Intrafix)	ФСЗ 2009/05244	18.08.2014	"Б. Браун Мельзунген АГ"	Отзыв производителем
01И-669/18	16.03.2018	Шприцы без игл или с приложенными иглами	ФСЗ 2009/05984	31.12.2009	"Б.Браун Мельзунген АГ"	Отзыв производителем
01И-670/18	16.03.2018	Внутривенные канюли с инъекционным портом «Вазофикс» (Vasofix)	ФСЗ 2010/06280	19.02.2010	"Б.Браун Мельзунген АГ"	Отзыв производителем
01И-671/18	16.03.2018	Шприцы без игл или с приложенными иглами	ФСЗ 2009/05984	31.12.2009	"Б.Браун Мельзунген АГ"	Отзыв производителем
01И-672/18	16.03.2018	Устройство для регулирования направления инфузионных потоков "ДИСКОФИКС" (Discofix)	ФСЗ 2007/00003	05.07.2016	"Б. Браун Мельзунген АГ"	Отзыв производителем



01И-673/18	16.03.2018	Микропробирка с антикоагулянтном для капиллярной крови «ЮНИВЕТ» по ТУ 9398-001-59879815-2008 в двух модификациях «ЮНИВЕТ-I» и «ЮНИВЕТ-II»	ФСР 2008/02729	06.05.2013	Общество с ограниченной ответственностью "Эйлитон"	Отзыв производителем
01И-674/18	16.03.2018	Мочеприемники медицинские однократного применения	ФСЗ 2012/12815	10.04.2017	"Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд."	Отзыв производителем
01И-675/18	16.03.2018	Маска медицинская лицевая защитная Clean + Safe	ФСЗ 2012/12789	05.09.2012	"Креатив Контракт (М) СДН БХД"	Отзыв производителем
01И-676/18	16.03.2018	Имплантируемая инфузионная система Synchromed II	ФСЗ 2010/07863	10.09.2010	"Медтроник Инк."	Отзыв производителем
01И-680/18	19.03.2018	«Парафинонагреватель КАСКАД», ТУ 9452-001-39915307-96, производства ООО «Мед-сервис», Россия, произведенного до даты выдачи регистрационного удостоверения № ФСР 2012/13267 от 26.03			ООО «Мед-сервис»	Незарегистрированное МИ
01И-681/18	19.03.2018	Экзофталмометр ЭОМ-57				Незарегистрированное МИ
01И-682/18	19.03.2018	"Измеритель линз" модель LM-8			Torson Corporation	Незарегистрированное МИ
01И-683/18	19.03.2018	Электронные весы для взвешивания пациентов Sesa, 701			SECA	Незарегистрированное МИ
01И-684/18	19.03.2018	Изделия для дыхательной и кислородной терапии АРЕХМЕД	ФСЗ 2011/10188	21.07.2011	"Алексмед Интернэшнл Б. В."	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-685/18	19.03.2018	Иглы медицинские для забора крови	ФСЗ 2011/09571	30.12.2011	Грейнер Био-Уан	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-686/18	19.03.2018	Шприцы LEIKO медицинские инъекционные стерильные однократного применения объемом 1мл, 2мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 30мл, 50мл с иглами и без игл.	ФСЗ 2010/08209	02.11.2010	"Чанчжоу Шуанма Медикал Дивайсис Ко., Лтд."	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-687/18	19.03.2018	Пробирки для взятия, хранения и анализа крови разных размеров и объемов, вакуумные и не вакуумные, с реагентами и без реагентов, в наборах и отдельных упаковках	ФСЗ 2009/05507	31.05.2010	"Вэйхай Хониюй Медикал Девайсез Ко.,Лтд"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-688/18	19.03.2018	Системы: инфузионная и трансфузионная	ФСЗ 2011/09652	27.04.2011	ООО "Группа Цзянсийских Медицинских Оборудований Хунда"	Приостановление применения МИ
01И-690/18	19.03.2018	Наборы для эпидуральной анестезии «Перификс» (Perifix) с принадлежностями	ФСЗ 2010/07963	30.09.2010	"Б. Браун Мельзунген АГ"	Приостановление применения МИ

01И-691/18	19.03.2018	Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93, следующих типоразмеров: 5м x 10см; 7м x 14см; 5м x 7см	ФСР 2007/01574	27.12.2007	Закрытое акционерное общество «Производственная Компания Волжская мануфактура»	Приостановление применения МИ
01И-698/18	21.03.2018	Шпатель медицинский одноразовый стерильный и нестерильный	ФСЗ 2012/12456	29.06.2012	"Далиан Ронбанг Медикал Хелси Девайсез Ко., Лтд."	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-699/18	21.03.2018	Пеха нож Peha Fadenmesser для снятия швов, стерильный	ФСЗ 2012/12381	25.06.2012	"Суонн-Мортон Лимитед"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-739/18	27.03.2018	Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, для аэрозольной и кислородной терапии, с принадлежностями	ФСЗ 2011/09985	04.07.2011	"ВБМ Медциентехник ГмбХ"	Приостановление применения МИ
01И-740/18	27.03.2018	Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93	ФСР 2010/07468	29.04.2016	АО "Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика"	Приостановление применения МИ
01И-741/18	27.03.2018	Средства фиксирующие хирургические	ФСЗ 2011/09691	19.06.2017	"ЗМ Компани, ЗМ Хелс Кеар"	Приостановление применения МИ
01И-742/18	27.03.2018	Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский	ФСЗ 2008/01442	27.04.2017	"Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд."	Приостановление применения МИ