



Федеральная служба
по надзору в сфере здравоохранения
(Росздравнадзор)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Варварская ул., д. 32, г. Нижний Новгород,
Бокс-222, 603950
тел./факс (831) 419-92-04, 411-84-24
e-mail: zdravnadzornno@yandex.ru

ОГРН 75676092 ОГРН 1045207491251
ИНН КИП 5260143320 536001003

04.09.2017 № 1156-8849/16

на № _____ от _____

О предоставлении информации

Субъектам обращения медицинских
изделий Нижегородской области

ГАУЗ «Нижегородский областной
центр по контролю качества и
сертификации лекарственных средств»

Геологов ул., д.6,
г. Нижний Новгород, 603141

Медицинским организациям
Нижегородской области

✓ Министерство здравоохранения
Нижегородской области

Нестерова ул., д.7,
г. Нижний Новгород, 603005

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области (далее – Территориальный орган), в соответствии с п. 7.1.1 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 06.06.2013 г. №2277-Пр/13 «Об утверждении Положения о Территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области», сообщает о выявлении незарегистрированных медицинских изделий, указанных в письмах Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (далее – Росздравнадзор) за период с 01.09.2017 по 30.09.2017.

Территориальный орган предлагает субъектам обращения медицинских изделий провести проверку наличия в обращении указанных медицинских изделий, в установленном порядке провести мероприятия по предотвращению обращения на территории Нижегородской области незарегистрированных медицинских изделий.

О результатах следует проинформировать Территориальный орган по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д.32, оф.213 (тел/факс: (831)411-84-24; e-mail: zdravnadzornno

002102

Одновременно сообщаем, что все информационные письма Росздравнадзора по контролю за обращением медицинских изделий размещаются на официальном сайте Росздравнадзора в электронном сервисе «Информационные письма о медицинских изделиях» (<http://www.roszdravnadzor.ru/services/unreg>).

К сведению сообщаем, что в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», на территории Российской Федерации разрешается обращение медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Обращаем внимание, что за нарушения в сфере обращения медицинских изделий предусмотрена административная ответственность согласно статьям 6.28 и 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также установлена уголовная ответственность за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий согласно статье 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя
- начальник отдела



Ю.Ф. Плотников

№ инф. письма	Дата письма	Наименование медицинского изделия	Номер РУ	Дата РУ	Производитель	Тема письма
01И-2180/17	04.09.2017	Перчатки медицинские латексные, нитриловые и виниловые, стерильные и нестерильные, опудренные и неопудренные	ФСЗ 2009/05620	31.12.2009	"ТЖ Медикал Сдн. Бхд.", Малайзия, TG Medical Sdn.Bhd.	Отзыв производителем
01И-2182/17	05.09.2017	Нити хирургические крученые нестерильные 5/0(1), 4/0(1,5), 3/0(2), 2/0(2,5), 2/0(3), 0(3,5), 1(4), 2(5), 3-4(6), 5(7) по ТУ 9393-001-73016306-2008	ФСР 2009/04815	27.12.2012	ООО "Моснитки"	Изменение письма Росздравнадзора
01И-2183/17	05.09.2017	Индикатор химический для контроля воздушной стерилизации, класс 4, марки "DGM Steriguard"			"ДГМ Фарма-Аппарате Хандель АГ"	Изменение письма Росздравнадзора
01И-2184/17	05.09.2017	Программное обеспечение syngo.plaza для хранения, обработки и обмена медицинскими диагностическими изображениями и данными (PACS) с принадлежностями	ФСЗ 2011/09774	29.03.2016	"Сименс Хелскэа ГмбХ"	О безопасности медицинского изделия
01И-2185/17	05.09.2017	Имплантируемая инфузионная система Synchroned II	ФСЗ 2010/07863	10.09.2010	"Медтроник Инк."	О безопасности медицинского изделия
01И-2186/17	05.09.2017	Установка медицинская компьютеризированная навигационная "Стелс Стейшн" модель "С7" (StealthStation S7) с принадлежностями	ФСЗ 2010/06786	29.01.2016	"Медтроник Навигейшн Инк."	О безопасности медицинского изделия
01И-2187/17	05.09.2017	Катетер Фолея баллонный латексный силиконизированный	ФСЗ 2009/04020	26.04.2016	"Хельм Медикал ГмбХ"	Отзыв производителем
01И-2188/17	05.09.2017	Интродьюсер RADIFOCUS INTRODUCER II в различных вариантах исполнения	РЗН 2016/4786	30.09.2016	"Терумо Корпорейшн"	Отзыв производителем
01И-2189/17	05.09.2017	Иглы одноразовые стерильные IMPROVACUTER в наборах и отдельных упаковках	ФСЗ 2010/06622	13.04.2010	Гуанчжоу Импрув Медикал Инструментс Ко., Лтд.	Отзыв производителем
01И-2190/17	05.09.2017	Зубы искусственные "Сывлах" по ТУ 9391-001-65673106-2011	ФСР 2012/13989	19.10.2012	Общество с ограниченной ответственностью "СТОМПОЛИМЕР"	Отзыв производителем
01И-2191/17	05.09.2017	Установка медицинская компьютеризированная навигационная "Стелс Стейшн" модель "С7" (StealthStation S7) с принадлежностями	ФСЗ 2010/06786	29.01.2016	"Медтроник Навигейшн Инк."	Отзыв производителем
01И-2192/17	05.09.2017	Изделия хирургические DLP для проведения операций на открытом сердце	РЗН 2015/2446	02.03.2015	"Медтроник Инк."	Отзыв производителем
01И-2193/17	05.09.2017	Бинты марлевые медицинские по ГОСТ 1172-93	ФСР 2009/05650	07.08.2013	ООО Общество с ограниченной ответственностью "Лейко" (ООО "Лейко")	Отзыв производителем
01И-2194/17	05.09.2017	Вата медицинская гигроскопическая хирургическая, хлопковая, стерильная и нестерильная по ГОСТ 5556-81	ФСР 2009/04485	11.03.2009	ООО "Лейко"	Отзыв производителем

01И-2195/17	05.09.2017	Иглы медицинские инъекционные	ФСЗ 2008/01139	17.03.2008	"СФМ Хоспиталь Продактс ГмбХ", Германия	Отзыв производителем
01И-2196/17	05.09.2017	«Пластырь фиксирующий медицинский стерильный гипоаллергенный, влагонепроницаемый», размер 5 × 7 см			«Чанчжоу Байдэлинь Хэлф Материал Ко., Лтд.»	Незарегистрированное МИ
01И-2197/17	05.09.2017	Устройства для внутрисосудистых манипуляций и ангиопластики	РЗН 2015/2925	10.05.2017	"Эбботт Васкуляр"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2198/17	05.09.2017	Иглы медицинские для забора крови, с принадлежностями	ФСЗ 2009/05720	30.12.2009	"Вэйхай Хониюй Медикал Девайсез Ко., Лтд.", Китай	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2202/17	06.09.2017	Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая (100% ХВ) стерильная и нестерильная по ГОСТ 5556-81	ФСР 2008/03793	04.09.2015	ООО "ИНГАКАМФ"	Изменение письма Росздравнадзора
01И-2204/17	06.09.2017	Инструменты для остеосинтеза и установки эндопротезов суставов	РЗН 2014/1844	11.08.2014	"Смит & Нефью, Инк."	Отзыв производителем
01И-2205/17	06.09.2017	Система взятия капиллярной крови "Синтавет-200" по ТУ 9398-042-11149567-2008	ФСР 2009/04020	06.04.2016	ООО "ФИРМА СИНТАКОН"	Не соответствующее установленным требованиям
01И-2206/17	06.09.2017	«Гель для комплексного лечения и профилактики заболеваний пародонта «Гиалудент Гель № 2 (с метронидазолом и хлоргексидином)			ООО «НКФ ОМЕГА-ДЕНТ, 115088, Москва, ул. Угрешская, д. 31	Незарегистрированное МИ
01И-2207/17	06.09.2017	«Прибор СТИОТРОН»			ООО «Аватар», 107113, Москва, Сокольническая пл., 4а	Незарегистрированное МИ
01И-2208/17	06.09.2017	Катетеры в наборах и отдельных упаковках с принадлежностями для анестезиологии	ФСЗ 2010/06121	21.02.2017	ООО "Балтон Сп. з о.о."	Незарегистрированное МИ
01И-2209/17	06.09.2017	«КОМПЛЕКС БИОИНФОРМАЦИОННЫЙ АДАПТИВНЫЙ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ «СветЛ» («Комплекс «СветЛ»), варианты исполнения мужской/женский,			ООО «СветЛ»	Незарегистрированное МИ
01И-2210/17	06.09.2017	Салфетка для стимуляции дыхания «ЭВТЕКС» по ТУ 9393-006-14959781-2012	РЗН 2013/847	23.10.2014	ООО "ЭВТЕКС"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2211/17	06.09.2017	Повязки медицинские стерильные	ФСЗ 2012/13087	24.06.2015	"Фармапласт С.А.Е."	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2212/17	06.09.2017	Салфетки нестерильные товарного знака МАТОРАТ: из нетканого материала MATOVLIES	ФСЗ 2009/04283	06.05.2009	АО "ТЗМО", Польша	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2213/17	06.09.2017	Средства перевязочные гидрогелевые, противоожоговые, стерильные по ТУ 21.20.24-002-18152288-2015	ФСР 2010/08888	10.07.2017	ФГУП НПЦ "Фармзащита" ФМБА России	Недоброкачественное медицинское изделие

01И-2214/17	06.09.2017	Комплексы компьютерные многофункциональные для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ по ТУ 9441-014-13218158-2006 в следующих исполнениях	ФСР 2009/04073	28.01.2009	ООО "Нейрософт"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2215/17	06.09.2017	Иглы атравматические длиной от 5 мм до 70 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,12 с нитями хирургическими стерильными по ТУ 9432-003-47295014-2005	ФСР 2008/03571	26.04.2016	ООО ПТО"МЕДТЕХНИКА"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2216/17	06.09.2017	Бинты марлевые медицинские, следующих типоразмеров: стерильные 5м x 5см; 5м x 10см; 7м x 10 см; 7м x 14см; 10м x 16см по ГОСТ 1172-93	ФСР 2007/00377	11.09.2013	ООО "Фарм-сфера"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2217/17	06.09.2017	Салфетки нестерильные товарного знака МАТОРАТ: марлевые МАТОСОРМ, марлевые с рентгенконтрастной нитью МАТОСОРМ	ФСЗ 2009/04282	06.05.2009	АО "ТЗМО", Польша,	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2218/17	06.09.2017	Нити стоматологические ретракционные "РЕТРИКС" по ТУ 9391-001-62973888-2010	ФСР 2010/09010	25.03.2017	ООО "Северная фабрика"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2219/17	06.09.2017	Комплект одежды хирургической одноразовой стерильной «Здравмедтех» по ТУ 9398-002-38957094-02	ФСР 2011/12836	21.08.2015	ООО "Здравмедтех-Н"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2220/17	06.09.2017	Индикаторы паровой стерилизации лекарственных средств химические с липким слоем одноразовые "ФАРМАТЕСТ-"ВИНАР" по ТУ 9398-021-11764404-2003	РЗН 2013/45	08.02.2013	ООО Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "ВИНАР" (ООО "НПФ "ВИНАР")	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2221/17	07.09.2017	Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский	ФСЗ 2008/01442	27.04.2017	"Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд."	О проведении коррекционных мероприятий
01И-2222/17	07.09.2017	Инъектор для введения инсулина "НовоПен Эхо®"	ФСЗ 2011/09703	23.04.2015	"Ново Нордиск А/С"	О безопасности медицинского изделия
01И-2223/17	07.09.2017	Наборы реагентов in vitro для качественного определения вируса иммунодефицита человека 1 типа (ВИЧ-1) методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени Abbott RealTime HIV-1 Qualitative в составе	ФСЗ 2012/13456	24.12.2012	"Эбботт Молекуляр Инк."	О безопасности медицинского изделия
01И-2224/17	07.09.2017	Катетер баллонный дилатационный Rapid Exchange Euphora	РЗН 2016/4125	23.05.2016	"Медтроник Инк."	Отзыв производителем
01И-2225/17	07.09.2017	Изделия медицинские лабораторные	ФСЗ 2012/11874	21.06.2016	"Нанк А/С"	Отзыв производителем
01И-2226/17	07.09.2017	Фиксаторы имплантируемые для проведения артроскопических операций	РЗН 2015/2775	11.04.2017	"ДеПью Майтек, Инк."	Отзыв производителем

01И-2227/17	07.09.2017	Отрезы марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 16427-93	ФСР 2008/03224	15.09.2008	ООО "ПКФ ВераМед"	Отзыв производителей
01И-2228/17	07.09.2017	Устройство для тромбэктомии REVIVE SE	РЗН 2016/3333	06.09.2017	"Медос Интернешнл САРЛЬ"	Отзыв производителей
01И-2229/17	07.09.2017	«Катетер «неолайн» для обеспечения центральной вены через периферический доступ стерильный однократного применения, ТУ 9437-001-88694418-2008» (информация с Этикетки на индивидуальной и групповой упаковках), «Катетер «Неолайн». Устройство для обеспечения			ООО «Голиаф-МТ» согласно сведениям Этикетки на групповой и индивидуальной упаковках), ООО «Матрикс», (согласно сведениям с групповой упаковки (коробки))	Незарегистрированное МИ
01И-2230/17	07.09.2017	«Парафинонагреватель КАСКАД-15», выпуск 2007 года			ООО «Мед-сервис»	Незарегистрированное МИ
01И-2231/17	07.09.2017	"Противопролежневая система: Матрац ячеистый "решётка" с компрессором АРМЕД"			"Jiangsu Yuyue Medical Equipment and Supply Co., Ltd"	Незарегистрированное МИ
01И-2247/17	07.09.2017	Аппарат для создания микроклимата соляных пещер «Аэрогалитгенератор АГГ-03» по ТУ 5156-003-11140112-2010			ЗАО «Санкт-Петербургский институт профилактической медицины»	Изменение письма Росздравнадзора
01И-2248/17	07.09.2017	Перчатки медицинские смотровые BEROGLOVE	ФСЗ 2008/01670	04.05.2008	"Беромед ГмБХ Хоспитал Продактс", Германия	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2249/17	07.09.2017	Наборы для катетеризации артерий "Артериофикс"	ФСЗ 2010/07120	31.05.2010	"Б. Браун Мельзунген АГ"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2250/17	07.09.2017	Зеркало гинекологическое	ФСЗ 2011/09429	01.04.2011	Цзяньсу Кайшоу Медикал Аппаратус Ко., Лтд.	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2251/17	07.09.2017	Зеркало гинекологическое	ФСЗ 2011/09429	01.04.2011	Цзяньсу Кайшоу Медикал Аппаратус Ко., Лтд.	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2257/17	07.09.2017	Материалы перевязочные «Супрасорб» для влажного заживления ран	ФСЗ 2011/09809	29.01.2016	"Ломан энд Раушер Интернейшнл ГмБХ энд Ко. КГ"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2258/17	07.09.2017	Инструменты для оториноларингологии MR одноразовые, стерильные в наборах и отдельных упаковках	РЗН 2015/2298	24.03.2017	"Нингбо Хай-Тек Юникмед Импорт энд Экспорт Ко., ЛТД."	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2259/17	07.09.2017	Перчатки медицинские смотровые "Супермакс", латексные и нитриловые	ФСЗ 2008/02932	11.01.2009	"Супермакс Глов Мануфэкторинг СДН. БХД.", Малайзия	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2260/17	07.09.2017	Внутривенные канюли с инъекционным портом «Вазофикс» (Vasofix)	ФСЗ 2010/06280	19.02.2010	"Б.Браун Мельзунген АГ"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2261/17	07.09.2017	Материалы стоматологические артикуляционные Articulating materials	ФСЗ 2010/08336	13.11.2010	"Рэйденок., Инк."	Недоброкачественное медицинское изделие

01И-2262/17	07.09.2017	Вата медицинская гигроскопическая по ГОСТ 5556-81 в кипах массой по 50 кг и в рулонах по 25 г, 50 г, 100 г, 250 г в следующих исполнениях: хирургическая нестерильная и гигиеническая нестерильная.	ФСР 2011/11341	03.08.2011	ООО "ЭКОПРОМ"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2263/17	07.09.2017	Отрезы марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-002-10715071-2014	РЗН 2015/2560	10.04.2015	ООО "ХБК Навтекс"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2264/17	07.09.2017	Тройник для инфузионной системы SURUWAY	РЗН 2013/181	15.03.2013	"СУРУ ИНТЕРНЭШНЛ ПиВиТи. ЛТД."	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2265/17	07.09.2017	Бинты гипсовые медицинские	ФСЗ 2011/10670	20.10.2011	"GHIPS-BIRUIN&354;A" S.R.L., "ГИПС-БИРУИНЦА" С.Р.Л.	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2266/17	07.09.2017	Перчатки медицинские диагностические (смотровые) стерильные и нестерильные по ТУ 9398-001-53733748-2008	ФСР 2008/03090	30.07.2008	ООО "Ардейл-Импэкс"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2267/17	07.09.2017	Катетеры самоудерживающиеся крупноголовчатые латексные однократного применения по ТУ 38.10695-87 тип Пеццера вид А	ФСР 2010/08028	31.08.2015	ООО "Объединение Альфапластик"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2268/17	07.09.2017	Гидрогель с антимикробным, обезболивающим и охлаждающим действием для оказания первой помощи при ожогах и заживления ран, стерильный ГГАО-"АППОЛО" по ТУ 9393-001-42965160-2010	ФСР 2010/09103	27.10.2010	Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АППОЛО"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2269/17	07.09.2017	Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 5см; 5м x 7см; 5м x 10см; 7м x 14см; 10м x 16см	ФСР 2011/12237	03.11.2011	ООО "Фарм-Глобал"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2282/17	08.09.2017	Системы наркозно-дыхательные одноразового применения	ФСЗ 2008/02774	05.05.2015	"Уномедикал Инк."	Незарегистрированное МИ
01И-2284/17	08.09.2017	Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная по ТУ 9393-021-00320455-2010	ФСР 2010/07842	24.05.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Текстильная компания "Городищенская отделочная фабрика"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2285/17	08.09.2017	Реагенты, контрольные материалы и калибраторы для in vitro диагностики на иммунохимических анализаторах "ARCHITECT i"	ФСЗ 2011/09741	06.07.2017	"Корпорация"Эбботт Лэбораториз"	Отзыв производителем
01И-2286/17	08.09.2017	Стент периферический нитиноловый самораскрывающийся SUPERA с системой доставки	РЗН 2013/411	29.09.2016	"Эбботт Васкуляр"	Отзыв производителем

01И-2287/17	08.09.2017	«Кресло-коляска для детей-инвалидов в вариантах исполнения: 1. «Свишти»; 2. «Изис»; 3. «ТевоТвист»; 4. «тРайд»			«Томас Хильфен ГмБХ энд Ко Медико»	Незарегистрированно МИ
01И-2287/17	08.09.2017	«Кресла-коляски для детей-инвалидов «Thomashilfen» в вариантах исполнения: 1. Easys; 2. Swift; 3. ThevoTwist; 4. tRide»			«Thomas Hilfen fur Koerperbehinderte GmbH & Co. Medico KG»	Незарегистрированно МИ
01И-2316/17	14.09.2017	Нити хирургические стерильные в отрезках по ТУ 9398-004-47295014-2008	ФСР 2008/03683	01.06.2017	ООО "Политехмед"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2317/17	14.09.2017	Шовные материалы хирургические стерильные, натуральные и синтетические, нерассасывающиеся, с атравматическими иглами и без игл	ФСЗ 2010/06040	05.06.2013	"ЭТИКОН, Эл-Эл-Си"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2318/17	14.09.2017	Перчатки медицинские диагностические (смотровые) стерильные и нестерильные по ТУ 9398-001-53733748-2008	ФСР 2008/03090	30.07.2008	ООО "Ардейл-Импэкс"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2319/17	14.09.2017	Нити хирургические крученые нестерильные 5/0(1), 4/0(1,5), 3/0(2), 2/0(2,5), 2/0(3), 0(3,5), 1(4), 2(5), 3-4(6), 5(7) по ТУ 9393-001-73016306-2008	ФСР 2009/04815	27.12.2012	ООО "Моснитки"	Изъятие из обращения МИ
01И-2320/17	14.09.2017	Пробирки вакуумные пластиковые BD Vacutainer и BD Vacutainer Plus для взятия крови в наборах и отдельных упаковках	РЗН 2013/1139	14.04.2015	"Бектон Дикинсон энд Компани"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2321/17	14.09.2017	Материал шовный хирургический рассасывающийся «Викрол Плюс» в кассетах и отдельных упаковках, с атравматическими иглами, режущими, обратно-режущими, шпательными (спатула), колющими, таперкат, тупоконечными различных размеров и без игл	РЗН 2016/3682	02.02.2017	ООО "Футберг"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2322/17	14.09.2017	Перчатки смотровые виниловые нестерильные одноразовые следующих типоразмеров: XS, S, M, L, XL	РЗН 2014/1985	20.10.2014	"Суцьянь Грин Глоув Компани Лимитед", Китай, "Suqian Green Glove Co., Ltd"	Недоброкачественное медицинское изделие
01И-2324/17	14.09.2017	«Ершик медицинский»			«Trachea Норм»	Незарегистрированное МИ
01И-2325/17	14.09.2017	«Шейная лента узкая»			«Trachea Норм»	Незарегистрированное МИ
01И-2325/17	14.09.2017	«Шейная лента двойная широкая»			«Trachea Норм»	Незарегистрированное МИ
01И-2326/17	14.09.2017	«Нагрудный фартук с застежкой-молнией»;			«Trachea Норм»,	Незарегистрированное МИ
01И-2326/17	14.09.2017	«Нагрудный фартук трикотажный»			«Trachea Норм»	Незарегистрированное МИ
01И-2326/17	14.09.2017	«Нагрудный фартук на ленте»			«Trachea Норм»	Незарегистрированное МИ

01И-2327/17	14.09.2017	«Буферный раствор ЗА»			ООО «Научно-производственная фирма «БИОЛА»	Незарегистрированно МИ
01И-2394/17	26.09.2017	Аппарат для управляемой нормо- и гипотермии ArcticSun с принадлежностями	ФСЗ 2011/10319	14.09.2017	"Медиванс Инк."	О безопасности медицинского изделия
01И-2395/17	26.09.2017	Катетеры Фолея одноразовые для урологии	РЗН 2013/84	04.04.2013	"Уномедикал Сдн. Бхд."	О безопасности медицинского изделия
01И-2399/17	26.09.2017	Емкость-контейнер из армлена и полистирола для дезинфекции мелких стоматологических инструментов растворами химических средств ЕКАДХ-01/01-"ЕЛАТ" и ЕКпДХ-01/01-"ЕЛАТ" по ТУ 9464-013-24320270-2003	ФСР 2008/03697	27.11.2008	ОАО "Елатомский приборный завод"	Отзыв производителем
01И-2400/17	26.09.2017	«Профессиональный массажный стол, модель TREAT, модификация NAPPA»			Fysitech OY, Pihtisulunkatu 3, 33330, Tampere	Незарегистрированное МИ
01И-2401/17	26.09.2017	Одежда медицинская из нетканного термосклеенного полотна и полимерного материала, одноразовая, нестерильная	ФСЗ 2011/10269	13.10.2011	"ЛЕБОО ХЕЛСКЭА ПРОДАКТС ЛИМИТЕД"	Незарегистрированное МИ
02И-2314/17	12.09.2017	«Пластыри (Оклюдеры, наклейки глазные) Ortopad»			PIETRASANTA PHARMA S.p.A.	Незарегистрированное МИ
02И-2315/17	12.09.2017	Соска молочная латексная «СМл-АМТт» по ГОСТ Р 51068-97	ФСР 2008/02637	03.04.2017	ООО "АМТ трейд"	Недоброкачественное медицинское изделие