

Субъектам обращения медицинских
изделий Нижегородской области

ГАУЗ «Нижегородский областной
центр по контролю качества и
сертификации лекарственных средств»

Геологов ул., д.6,
г. Нижний Новгород, 603141

Медицинским организациям
Нижегородской области

Министерство здравоохранения
Нижегородской области

Нестерова ул., д.7,
г. Нижний Новгород, 603005


02.11.2017 №И52-3216/17

О предоставлении информации

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области (далее – Территориальный орган), в соответствии с п. 7.1.1 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 06.06.2013 г. №2277-Пр/13 «Об утверждении Положения о Территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области», сообщает о выявлении незарегистрированных медицинских изделий, указанных в письмах Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (далее – Росздравнадзор) за период с 01.10.2017 по 31.10.2017.

Территориальный орган предлагает субъектам обращения медицинских изделий провести проверку наличия в обращении указанных медицинских изделий, в установленном порядке провести мероприятия по предотвращению обращения на территории Нижегородской области незарегистрированных медицинских изделий.

О результатах следует проинформировать Территориальный орган по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д.32, оф.213 (тел/факс: (831)411-84-24; e-mail: zdravnadzornov@yandex.ru).



Одновременно сообщаем, что все информационные письма Росздравнадзора по контролю за обращением медицинских изделий размещаются на официальном сайте Росздравнадзора в электронном сервисе «Информационные письма о медицинских изделиях» (<http://www.roszdravnadzor.ru/services/unreg>).

К сведению сообщаем, что в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», на территории Российской Федерации разрешается обращение медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Обращаем внимание, что за нарушения в сфере обращения медицинских изделий предусмотрена административная ответственность согласно статьям 6.28 и 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также установлена уголовная ответственность за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий согласно статье 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя
- начальник отдела

Ю.Ф. Плотников

| № инф. письма | Дата письма | Наименование медицинского изделия | Номер РУ | Дата РУ | Производитель | Тема письма |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 01И-2464/17 | 03.10.2017 | "Наколенники НК-8400" | | | НК Co., Ltd. | Незарегистрированное МИ |
| 01И-2466/17 | 05.10.2017 | Набор стоматологический для фторирования и укрепления твердых тканей зубов "ФТОР-ЛЮКС по ТУ 9391-013-67200978-2011 | ФСР 2012/13176 | 29.09.2016 | ООО "ТехноДент" | Отзыв производителем |
| 01И-2467/17 | 05.10.2017 | Материал стоматологический кальцийсодержащий светового отверждения подкладочный под пломбы из стеклоиономерных и композитных средств "Кальцелайт" по ТУ 9391-096-45814830-2004 | ФСР 2009/05520 | 26.08.2009 | ЗАО "ОЭЗ "ВладМиВа" | Отзыв производителем |
| 01И-2468/17 | 05.10.2017 | Банки полимерные с винтовой навинчивающейся крышкой для взятия пробы биоматериала для анализа одноразовые БПА-"ЕЛАТ" по ТУ 9398-021-24320270-2004 в стерильном исполнении БПАмк-100-02-"ЕЛАТ"С | РЗН 2015/3041 | 20.12.2016 | АО "Елатомский приборный завод" | Отзыв производителем |
| 01И-2469/17 | 05.10.2017 | Контейнеры одноразовые, многоразовые для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов МК «МедКом» по ТУ 9398-004-63102960-2012 | ФСР 2012/14154 | 14.12.2012 | ООО "НПФ "МедКом" | Отзыв производителем |
| 01И-2470/17 | 05.10.2017 | Установка медицинская компьютеризированная навигационная "Стелс Стейшн" модель "С7" (StealthStation S7) с принадлежностями | ФСЗ 2010/06786 | 29.01.2016 | "Медтроник Навигейшн Инк." | О безопасности медицинского изделия |
| 01И-2471/17 | 05.10.2017 | Реагенты и расходные материалы для биохимического автоматического анализатора "Витрос" (Vitros) | ФСЗ 2007/01001 | 02.10.2017 | "Орто-Клиникал Диагностикс, Инк." | О безопасности медицинского изделия |
| 01И-2471/17 | 05.10.2017 | Реагенты и расходные материалы для биохимического автоматического анализатора "Витрос" (Vitros) | ФСЗ 2007/01001 | 02.10.2017 | "Орто-Клиникал Диагностикс, Инк." | О безопасности медицинского изделия |
| 01И-2472/17 | 05.10.2017 | Мочеприёмники АРЕХМЕД: детский, прикроватный | ФСЗ 2008/02860 | 20.11.2008 | "Алексмед Интернэшнл Б.В.", Нидерланды, "Цзянсу Канцзинь Медикал Инструмент Ко., Лтд.", Китай | Недоброкачественное медицинское изделие |
| 01И-2473/17 | 05.10.2017 | Система для вливания инфузионных растворов с установленной иглой, воздушным клапаном и фильтром | ФСЗ 2011/09034 | 25.02.2011 | Тяндин Медик Медикал Эквипмент Ко. Лтд. | Недоброкачественное медицинское изделие |
| 01И-2480/17 | 06.10.2017 | Аппарат ультразвуковой диагностический NEMIO SSA-550A с принадлежностями | | | Toshiba Medical Systems Corporation | Незарегистрированное МИ |
| 01И-2481/17 | 06.10.2017 | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой серии UA с принадлежностями | ФСЗ 2011/09642 | 17.04.2017 | "ЭЙ энд ДИ Компани Лимитед" | Недоброкачественное медицинское изделие |

| | | | | | | |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 01И-2496/17 | 10.10.2017 | Нити хирургические в отрезках НХ-"Медин-Н" однократного применения, стерильные по ТУ 9398-007-52318770-2004 следующих видов | ФСР 2010/07330 | 05.04.2010 | ООО "Медин-Н" | Отзыв производителем |
| 01И-2497/17 | 10.10.2017 | Имплантаты и инструменты для остеосинтеза | РЗН 2015/3342 | 20.07.2017 | "Синтез ГмБХ" | О безопасности медицинского изделия |
| 01И-2498/17 | 10.10.2017 | Платформа модульная для биохимического и иммунохимического анализа «Кобас 6000» (Cobas 6000) в различных конфигурациях, с принадлежностями | РЗН 2015/3050 | 04.09.2015 | "Рош Диагностикс ГмБХ" | О безопасности медицинского изделия |
| 01И-2498/17 | 10.10.2017 | Анализатор биохимический автоматический cobas с 311 с принадлежностями | ФСЗ 2009/04657 | 26.01.2016 | "Рош Диагностикс ГмБХ" | О безопасности медицинского изделия |
| 01И-2498/17 | 10.10.2017 | Платформа модульная для биохимического и иммунохимического анализа "кобас 8000" (cobas 8000) в различных конфигурациях, с принадлежностями | ФСЗ 2012/12764 | 19.09.2016 | "Рош Диагностикс ГмБХ" | О безопасности медицинского изделия |
| 01И-2511/17 | 12.10.2017 | Катетеры медицинские стерильные | ФСЗ 2007/00869 | 24.12.2007 | Beromed GmbH Hospital Products | Отзыв производителем |
| 01И-2512/17 | 12.10.2017 | Комплекс аппаратов для микроволновой (или СВЧ) абляции с принадлежностями | ФСЗ 2011/10148 | 28.07.2016 | "Ковиден Ллс" | Отзыв производителем |
| 01И-2513/17 | 12.10.2017 | Материалы перевязочные «Супрасорб» для влажного заживления ран | ФСЗ 2011/09809 | 29.01.2016 | "Ломан энд Раушер Интернейшл ГмБХ энд Ко. КГ" | Отзыв производителем |
| 01И-2516/17 | 12.10.2017 | Клапаны программируемые CODMAN CERTAS Plus для лечения гидроцефалии с принадлежностями | ФСЗ 2012/11918 | 20.02.2017 | "Медос Интернешнл Сапл" | О безопасности медицинского изделия |
| 01И-2517/17 | 12.10.2017 | Реагенты диагностические in vitro и материалы расходные для иммунодиагностического автоматического анализатора "Витрос" (Vitros) | ФСЗ 2008/01211 | 06.06.2017 | "Орто-Клиникал Диагностикс" | О безопасности медицинского изделия |
| 01И-2518/17 | 12.10.2017 | Реагенты к анализаторам гематологическим автоматическим КХ-21N, ХТ-4000i, ХS-800i, ХS-1000i | ФСЗ 2012/12756 | 14.04.2015 | "Сисмекс Корпорейшн" | Отзыв производителем |
| 01И-2519/17 | 12.10.2017 | Нити стоматологические ретракционные "РЕТРИКС" по ТУ 9391-001-62973888-2010 | ФСР 2010/09010 | 25.03.2017 | ООО "Северная фабрика" | Отзыв производителем |
| 01И-2522/17 | 12.10.2017 | Томограф магнитно-резонансный Intera | ФСЗ 2010/06975 | 21.05.2010 | Филипс Медикал Системс Нидерланд Б.В. | Отмена информационного письма Росздравнадзора |
| 01И-2524/17 | 13.10.2017 | Устройство одноразовое для вливания инфузионных растворов, с иглой ECO-IV20, варианты исполнения: IV20-V1, IV20-V2, IV20-V3 | ФСЗ 2010/06983 | 21.02.2017 | "Цзянсу Чжияй Медикал Инструмент Ко., Лтд." | Возобновление применения МИ |

| | | | | | | |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 01И-2531/17 | 13.10.2017 | Бинт медицинский из нетканого материала с неосыпающимися краями стерильный и нестерильный по ТУ 9393-001-55365591-2011 | ФСР 2011/12594 | 15.06.2016 | ООО "БалЭнергоМаш" | Недоброкачественное медицинское изделие |
| 01И-2532/17 | 13.10.2017 | «Пикфлуометр MicroPeak PEAK FLOW METER» | | | «Cardinal Health» | Незарегистрированное МИ |
| 01И-2533/17 | 13.10.2017 | «Вибромассажер «BODYSHAPER» BM-HT044» | | | «Шеньчжэнь Менждао Технолоджи Ко.» | Незарегистрированное МИ |
| 01И-2534/17 | 13.10.2017 | «Массажная накидка с функцией подогрева и встроенными магнитами BM-HT010» | | | «Руян Тяньлун Хэлс Эквипмент Ко., Лтд.» | Незарегистрированное МИ |
| 01И-2535/17 | 13.10.2017 | "Nexcomp Flow 2gx2, A2" | | | META BIOMED CO.LTD | Незарегистрированное МИ |
| 01И-2536/17 | 13.10.2017 | "Негатоскоп общего назначения Н-86 ТУ 9452-005-05768183-90" | | | | Незарегистрированное МИ |
| 01И-2538/17 | 13.10.2017 | «Набор оториноларингологический одноразовый стерильный «ЕваЛор», ТУ 9437-060-44942795-2010», партия № 6 | | | ООО «Полимерные изделия» | Незарегистрированное МИ |
| 01И-2550/17 | 17.10.2017 | Пластырь медицинский стерильный бактерицидный с содержанием серебра | ФСЗ 2011/10540 | 02.06.2014 | "Фармапласт С.А.Е." | Недоброкачественное медицинское изделие |
| 01И-2551/17 | 18.10.2017 | Система для автоматизированного перитонеального диализа модели "HomeChoice PRO" с принадлежностями | ФСЗ 2012/11719 | 03.02.2016 | "Бакстер Хелскеа СА" | О безопасности медицинского изделия |
| 01И-2552/17 | 18.10.2017 | Устройства дренирующие | ФСЗ 2007/00300 | 25.04.2017 | "Б. Браун Мельзунген АГ" | Отзыв производителем |
| 01И-2553/17 | 18.10.2017 | Наборы для катетеризации центральных вен «Цертофикс» с принадлежностями | ФСЗ 2010/07328 | 05.07.2010 | "Б. Браун Мельзунген АГ" | Отзыв производителем |
| 01И-2554/17 | 18.10.2017 | Индикаторы паровой стерилизации лекарственных средств химические с липким слоем одноразовые "ФАРМАТЕСТ-"ВИНАР" по ТУ 9398-021-11764404-2003 | РЗН 2013/45 | 08.02.2013 | ООО Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "ВИНАР" (ООО "НПФ "ВИНАР") | Отзыв производителем |
| 01И-2556/17 | 18.10.2017 | Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 7 м x 14 см; 5 м x 10 см; 10 м x 16 см; 7 м x 10 см; 7 м x 7 см; 5 м x 7 см; 5 м x 5 см | ФСР 2012/13896 | 11.12.2012 | Общество с ограниченной ответственностью Производственная Медицинская Компания "Актив Медикал" | Отзыв производителем |
| 01И-2557/17 | 18.10.2017 | Иглы инъекционные однократного применения стерильные и нестерильные VOGT MEDICAL | ФСЗ 2009/05092 | 26.05.2011 | "Фогт Медикал Фертриб ГмбХ" | Недоброкачественное медицинское изделие |

| | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| 01И-2558/17 | 18.10.2017 | Инструменты медицинские зондирующие, стерильные, в наборах и отдельных упаковках | ФСЗ 2011/11322 | 30.12.2011 | "Чанчжоу Хуанькан Медикал Девайс Ко Лтд." | Незарегистрированное МИ |
| 01И-2559/17 | 18.10.2017 | Контейнеры однократного применения для заготовки крови и получения ее компонентов, пустые и с консервантами CPDA, CPDA-1, SAGM (однокамерные, двухкамерные, трехкамерные, четырехкамерные, пятикамерные) | РЗН 2014/1391 | 27.01.2014 | "Митра Индастриз Пвт. Лтд." | Незарегистрированное МИ |
| 01И-2560/17 | 18.10.2017 | «X-RAY TUBE ASSEMBLY Рентгеновская трубка серия DU5008С, серийный номер 79534, излучатель серия CTR2150CEPN, серийный номер 600022» | | | PHILIPS DUNLEE | Незарегистрированное МИ |
| 01И-2561/17 | 18.10.2017 | «Установка ЯМР-томографии (МР-система) SIEMENS MAGNETOM Sonata», зав. № SN 49892, mod. 7461259 K2240 | | | Siemens AG | Незарегистрированное МИ |
| 01И-2562/17 | 18.10.2017 | Салфетки марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-006-10715071-2014. | РЗН 2015/2554 | 18.12.2015 | ООО "ХБК Навтекс" | Приостановление применения МИ |
| 01И-2563/17 | 18.10.2017 | Набор стоматологических жидкостей для обработки корневых каналов и твердых тканей зубов по ТУ 9391-001-67200978-2010 | ФСР 2011/10206 | 15.11.2016 | ООО "ТехноДент" | Приостановление применения МИ |
| 01И-2564/17 | 18.10.2017 | Трубки для анестезиологии и реанимации | ФСЗ 2009/05212 | 10.09.2015 | "Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед" | Приостановление применения МИ |
| 01И-2565/17 | 18.10.2017 | Катетер внутривенный однократного применения | ФСЗ 2010/06656 | 22.04.2010 | "Беромед ГмбХ Хоспитал Продактс" | Приостановление применения МИ |
| 01И-2566/17 | 18.10.2017 | Материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся синтетический и натуральный, с иглами и без игл | ФСЗ 2012/12470 | 24.07.2012 | "Хуаюин Медикал Инструментс Ко., Лтд." | Приостановление применения МИ |
| 01И-2567/17 | 18.10.2017 | Пробирки для взятия крови "Проба" | ФСЗ 2010/06301 | 02.06.2016 | "Ченгду Рич Сайенс Индастри Ко., Лтд." | Приостановление применения МИ |
| 01И-2568/17 | 18.10.2017 | Набор для катетеризации подключичных и яремных вен, стерильный КПРВ по ТУ 9398-017-18037666-2005 | ФСР 2010/07858 | 26.05.2017 | АО "МедСил" | Приостановление применения МИ |
| 01И-2569/17 | 18.10.2017 | Перчатки латексные смотровые стерильные по ТУ 9398-001-70224340-2008 | ФСР 2008/02983 | 04.07.2008 | ООО "Фарм-Глобал" | Приостановление применения МИ |

| | | | | | | |
|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 01И-2570/17 | 19.10.2017 | Гидрогель с антимикробным, обезболивающим и охлаждающим действием для оказания первой помощи при ожогах и заживления ран, стерильный ГГАО-"АППОЛО" по ТУ 9393-001-42965160-2010 | ФСР 2010/09103 | 27.10.2010 | Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АППОЛО" | Отзыв производителем |
| 01И-2571/17 | 19.10.2017 | Аппарат электронный для проведения управляемой и вспомогательной ИВЛ кислородно-воздушной смесью для службы скорой медицинской помощи портативный А-ИВЛ/ВВЛ-"ТМТ" по ТУ 9444-001-56250967-2002 | ФСР 2011/12728 | 27.10.2015 | ООО "ТМТ" | Недоброкачественное медицинское изделие |
| 01И-2572/17 | 19.10.2017 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный для службы скорой медицинской помощи "Ритм" модели 100, 200, 300 по ТУ 9444-003-56250967-2010 | ФСР 2010/09390 | 27.10.2015 | ООО "ТМТ" | Недоброкачественное медицинское изделие |
| 01И-2574/17 | 19.10.2017 | Изделия медицинского назначения для анестезиологии и реанимации с принадлежностями | ФСЗ 2012/12412 | 29.06.2012 | "Телефлекс Медикал" | Приостановление применения МИ |
| 01И-2575/17 | 19.10.2017 | Вата медицинская гигроскопическая хлопковая хирургическая стерильная и нестерильная по ГОСТ 5556-81 в рулонах массой (г) по (25±2), (50±4), (100±5), (250±10) | ФСР 2009/04076 | 12.07.2011 | ООО "МЕБ-ТЕКС" | Приостановление применения МИ |
| 01И-2576/17 | 19.10.2017 | Перчатки одноразовые хирургические и смотровые | ФСЗ 2007/00153 | 17.08.2007 | "Семперит Текниш Продакт Гесельшафт м.б.Х", "Сиам Семпермед Ко.Лтд." | Приостановление применения МИ |
| 01И-2577/17 | 19.10.2017 | Перчатки медицинские НГ Медикал (NG MEDICAL) по ТУ 9398-001-90610765-2012 | РЗН 2013/708 | 22.07.2013 | ООО "Ардейл-Импэкс" | Приостановление применения МИ |
| 01И-2578/17 | 19.10.2017 | Перчатки медицинские SITEKMED | ФСЗ 2009/05852 | 30.12.2009 | "Инновэйтив Глазз Ко., Лтд.", Тайланд | Приостановление применения МИ |
| 01И-2579/17 | 19.10.2017 | Салфетка гемостатическая из бумажного текстилеподобного материала, с феракрилом, стерильная "Сф-Асептика" по ТУ 9393-002-51276525-2002 | ФСР 2011/11830 | 26.07.2016 | ООО "М.К. Асептика" | Приостановление применения МИ |
| 01И-2580/17 | 19.10.2017 | Нити хирургические в отрезках НХ-"Медин-Н" однократного применения, стерильные по ТУ 9398-007-52318770-2004 следующих видов | ФСР 2010/07330 | 05.04.2010 | ООО "Медин-Н" | Приостановление применения МИ |
| 01И-2581/17 | 19.10.2017 | Контейнеры полимерные стерильные для отмывания эритроцитов методом центрифугирования - "Синтез" по ТУ 9398-081-00480201-2006 в четырех исполнениях | ФСР 2011/12060 | 10.10.2011 | Открытое акционерное общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез" | Приостановление применения МИ |
| 01И-2582/17 | 19.10.2017 | Стент периферический нитиноловый самораскрывающийся SUPERA с системой доставки | РЗН 2013/411 | 29.09.2016 | "Эбботт Васкуляр" | Изъятие из обращения МИ |

| | | | | | | |
|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 01И-2613/17 | 23.10.2017 | Индикатор химический одноразового применения для контроля процессов стерилизации "Медтест" по ТУ 9398-008-53262326-2009 | ФСР 2009/05786 | 19.09.2017 | АО "Медтест" | Отзыв производителем |
| 01И-2614/17 | 23.10.2017 | Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005 | ФСР 2010/07936 | 15.08.2016 | ООО "Полимерные изделия" | Отзыв производителем |
| 01И-2615/17 | 23.10.2017 | "Бланк для забора крови" | | | ООО "Гринвэн" | Незарегистрированное МИ |
| 01И-2617/17 | 23.10.2017 | Лейкопластырь «Унипласт бактерицидный» по ТУ 9393-013-45961725-2010 | ФСР 2010/07192 | 15.06.2015 | АО "ВЕРОФАРМ" | Изменение письма Росздравнадзора |
| 01И-2618/17 | 23.10.2017 | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных STERPHANIE с принадлежностями | ФСЗ 2012/11508 | 19.03.2012 | "Ф. Штефан ГмБХ Медикентехник" | О безопасности медицинского изделия |
| 01И-2619/17 | 23.10.2017 | Катетер "Неолайн" для обеспечения центральной вены через периферический доступ стерильный, однократного применения по ТУ 9437-001-88694418-2008 | ФСР 2010/06890 | 01.03.2010 | ООО "Голиаф-МТ" | Отзыв производителем |
| 01И-2620/17 | 23.10.2017 | Катетеры для больных с недержанием «Актрин Глис» (Actreen Glys), «Уримед» (Urimed), «Актрин Лайт» (Actreen Lite) | ФСЗ 2010/06130 | 02.02.2010 | "Б. Браун Медикал С.А.С." | Отзыв производителем |
| 01И-2621/17 | 23.10.2017 | Устройства для инфузии к помпе инсулиновой MiniMed Paradigm | ФСЗ 2011/10169 | 05.12.2016 | "Уномедикал а/с" | Отзыв производителем |
| 01И-2629/17 | 23.10.2017 | «Кровать функциональная 3-х секционная «ОЛПАМЕД 36-1» | | | ИП П.М.Долгов | Незарегистрированное МИ |
| 01И-2629/17 | 23.10.2017 | «Кровать функциональная 3-х секционная травматологическая «ОЛПАМЕД 36» | | | ИП П.М.Долгов | Незарегистрированное МИ |
| 01И-2630/17 | 23.10.2017 | Каталка для перевозки пациентов ОЛПАМЕД 35 | | | ИП Долгов И.М., г. Ростов-на-Дону | Незарегистрированное МИ |
| 01И-2631/17 | 23.10.2017 | Насадки на датчики для ультразвуковых исследований (Ultrasound probe covers) | ФСЗ 2010/06520 | 21.05.2010 | "Донгкук Трейдинг Ко., Лтд." Ltd | Приостановление применения МИ |
| 01И-2706/17 | 30.10.2017 | Комплект шин транспортных иммобилизационных складных КШТИ-"Медплант" по ТУ 9438-001-91531720-2011 | ФСР 2012/13255 | 09.08.2016 | ООО "МЕДПЛАНТ" | Приостановление применения МИ |
| 01И-2707/17 | 30.10.2017 | Растворы универсальные стерильные по уходу за мягкими контактными линзами РеНю МПС (ReNu MPS), РеНю МультиПлюс (ReNu MultiPlus) с контейнером для контактных линз | ФСЗ 2007/00771 | 17.12.2007 | "Бауш энд Ломб Инкорпорейтед", США | Изъятие из обращения МИ |